INSTRUCCIONES DE USO

1. Presiona el interruptor On/Off a la posición "On" para iluminación con la luz LED.

2. Coloca la rueda de objetivos en la posición más alejada de la platina ocupando la perilla de enfoque para alejar.

3. Coloca el objeto a ser observado en un portaobjetos para muestras y sitúalo sobre centro del agujero de la platina, asegúrala usando los clips que se encuentran en ella.

4. Para comenzar a enfocar y observar, acércate lo más posible con el objetivo seleccionado sin llegar a tocar el portaobjetos con el objetivo. Es recomendable iniciar con el objetivo de menor aumento (150X) y luego de lograr el foco con él, seguir con los de mayor aumento de forma creciente.

Precaución: Al girar la perilla de enfoque, debes tener cuidado para que el objeto a ser observado no sea dañado por tocar la lente del objetivo. Esto es particularmente importante en el objetivo de 600X que logra foco muy cerca de la muestra.

5. Mira por el ocular del microscopio y enfoca la muestra girando la perilla de enfoque del lente alejándose de la muestra en observación hasta que se vea claramente enfocada.

6. Para cambiar el tipo de aumento mueve la rueda de objetivos. Cuando escuches un "clic" el lente estará en la posición correcta. Luego debes hacer el mismo proceso descrito a partir del punto 3.



INSTRUCCIONES PARA HACER UNA MUESTRA:

1. Coloca el objeto de observación en un portaobjetos.



2. Si lo requiere, coloca una gota de agua sobre el objeto de observación.

3. Coloca un cubreobjetos sobre el objeto de observación.